

29 愛がん号外
平成29年5月19日

検体保存管理システムの入札仕様書に係る質問書の回答は、下記のとおりです。

記

通番	項目番号	質問内容	回答
1	2 機器構成	超低温フリーザー(MDF-193AT-PJ)の自動補助冷却装置、記録計を付属しなくてもよいか。	当機器については、仕様書に記載されているものと同機種であれば補助冷却装置等が付属していなくても可とする。
2	2 機器構成	校正証明書の提出を仕様を含むこと希望。	校正証明書を仕様を含むか否かに関わらず、機器を正常な稼働状態で納品していただくことは、一般的な要求事項である。

担当 運用部管理課会計グループ
電話 052-762-6111
内線 2234